



Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

KMS tel.	045/5302178	Podpis pracovníka KMS vykonávajúceho kalibráciu : Peter Krokoš
Fax	045/5320526	
e-mail	krokos@zoszv.sk	

Kalibračný list č. E/2014/73

Predmet:	Prevodový transformátor 22000/100V			
Výrobca:	Škoda EJF	Trieda presnosti:	0,50%	
Evidenčné číslo	E-773	Výrobné číslo:	291781	
Objednávateľ:	KMS			
Názov etalónu:	FLUKE - 8846A, FLUKE 5080A			
Kalibračný postup číslo:	E/004/2002	Číslo etalónu:	E1136	
Kalibrácia zo dňa:	26.3.2014			
Dátum recalibrácie:	26.3.2015			
Vyhodnotenie kalibrácie, vyhovuje technickým podmienkam	áno	X	Teplota pri kalibrácii °C:	23°C ±2°C
	nie		Počet listov:	1
	s výhradami		List číslo:	1
Poznámka:	Spracoval/schválil :			

Rozsah: V	Nastavená hodnota: V	Nameraná hodnota V	Dovolená chyba V	U _A	U _B	U, kp=2
22000/100V	100	100,11	0,5			
	220	220,36	1,1			
	300	300,22	1,5			
	400	400,54	2			
	600	600,72	3			